



INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO DE USO

Os torquímetros auxiliam nos procedimentos de colocação dos implantes osseointegráveis e componentes protéticos sobre implantes osseointegráveis. Devem ser utilizados seguindo os princípios de colocação e apertamento dos parafusos protéticos.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os torquímetros funcionam baseados em princípios mecânicos de transmissão de força, seja para atuação primária ou para o acionamento de elementos secundários.

MODO DE USO

Todos os produtos devem ser utilizados de acordo com as técnicas de uso e de controle de infecção empregados nas áreas médicas e odontológicas.

1. Abra a embalagem original e retire o Instrumental;
2. Antes do primeiro uso ou após ter sido utilizado em procedimentos cirúrgicos, lave o Instrumental com detergente enzimático, esfregando vigorosamente com uma escova com cerdas de nylon. Observe as instruções do fabricante do detergente, quanto às condições de concentração e temperatura. Em seguida, enxágüe em água corrente.
3. Coloque o Instrumental no estojo e efetue a esterilização do mesmo em autoclave. Utilize um indicador químico ou biológico para validar o processo de esterilização.
4. Uma vez esterilizado, o instrumental está pronto para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos.

OBS: Produto Fornecido Não Estéril.

PRECAUÇÕES

O produto deve ser usado somente por profissionais habilitados e capacitados ao uso.

Lavar e esterilizar antes do uso

Para descartar o produto utilize recipiente de material perfuro - cortante e siga a legislação vigente de biossegurança.

CONTRAINDICAÇÃO

Os torquímetros não contêm contra indicação desde que seu uso seja de acordo essa instrução.

ADVERTÊNCIAS

Produto não estéril.

Esterilizar antes do uso.

Todos os produtos devem ser utilizados de acordo com as técnicas de uso e de controle de infecção empregados nas áreas médicas e odontológicas.

ARMAZENAMENTO

Os torquímetros devem ser armazenados à temperatura ambiente. Evitar calor e umidade excessivos. Devem ser mantidos em armário fechado e limpo. Deve ser observado o prazo de validade da esterilização.

ESTERILIZAÇÃO

Produto não estéril. Antes do uso deve ser esterilizado em autoclave a vapor ou calor seco (estufa). O processo de esterilização deve seguir recomendações conforme "Manual Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos".

TRANSPORTE

Os torquímetros devem ser transportados em temperatura ambiente ao abrigo da umidade e de variações de temperatura, O transporte deve ser feito na embalagem original e de forma segura, evitando quedas.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

 **IMPLALIFE – Ind. Prod. Médico
Odontológico Ltda EPP**

CNPJ: 09.566.849/0001-00

Av. João Amadeu, 310 – Pq. Industrial II

CEP: 15708-028 - Jales - SP - Brasil

ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 774 3130 +55 (17) 3622-3440

www.implalife.com.br

e-mail: informacoes@implalife.com.br



NÃO REUTILIZAR



CONSULTAR AS
INTRUÇÕES DE USO



MANTENHA SECO



MANTENHA AO ABRIGO
DO SOL



NÃO UTILIZAR SE A
EMBALAGEM ESTIVER
VIOLADA



NÃO REESTERILIZE



FABRICANTE



DATA DE FABRICAÇÃO



CÓDIGO DO PRODUTO